de

Plaque Photo®

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, für die zur Behandlung individuelle Löffel benötigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben:
Oligomeres Urethanacrylat, Vinylesterharz, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on oder um 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+)-2,3-Dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptan di-Borman-2,3 dion, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-one, 2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphe Kieselsäure, Farbstoffe (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue 15 CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optimatint).

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und 80 g Glas enthalten.

Zweckbestimmung des Produkts
Plaque Photo ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, zur Herstellung von verwindungssteifen individuellen Abdrucklöffeln. Basisblätter, supplied in a re-sealable light-proof box that can be used for transporting or storing models, etc.

Indications
- Custom impression tray
- Bite-block
- Baseplate for setting up dentures
- Key for supporting pin registration
- Bite wafer for try-in framework

Contraindications
The material contains methacrylates.
Do not use in patients with an allergy to methacrylates or other substances contained in the product.

Performance characteristics of the product
Plaque Photo polymerises with light to form a solid and compact polymer.

Specific precautions
Avoid any contact between the eyes and skin and the uncured material, i.e. also with the inhibited layer.
Always use a dust extractor when trimming the tray)

Preparation/Manufacture
- Mark the outline of the future tray on the model.
- Block out the undercuts on the model.
- To create a spacer for the impression material, block out the entire model (e.g. with a sheet of wax) and cut out stops.
- If the plaster is very dry, soak the model briefly in water or apply dye isolation or an alginate isolation.
- Remove the baseplate from the box and close it.
- Once the model has been blocked out, adapt the baseplate to it and cut to shape using, e.g. a scalpel.
- Use the remaining material to form a handle and attach it to the tray.
- Place the model and tray in a light-curing unit and cure with UV-A.
- Remove the tray from the model and polymerise the wax spacer from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum, use alcohol to remove the smear layer.

Times:

Working at daylight	20 minutes

Polymerisation in an ultraviolet or Halogen light-curing unit, depending on the unit in use: The top of the tray, on the model
3-5 minutes
The underside of the tray, off the model
3-5 minutes

Trimming:
- Trim the custom tray with tungsten carbide burs and smooth it with sandpaper.

Hygiene:
Immerse impressions taken with Plaque Photo customs trays in a disinfectant solution based on glutaraldehyde. The time depends on the disinfectant manufacturer's directions.

The finished medical product is used by the dentist, e.g. for individual trays with impression material.

Caution
The product has been developed for use in the dental sector and must be used according to the directions. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obliged under his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm²

Minimum shelf life
Do not use Plaque Photo after the expiry date.

Variants
Upper jaw template

REF WP5001	pink, 50 pcs
REF WP5016	blue, 50 pcs
REF WP5034	natural, 50 pcs
REF WP5040	transparent-mint, 50 pcs
REF WP5043	pink, thin, 50 pcs

Lower jaw template

REF WP5001A	pink, 50 pcs
REF WP5016A	blue, 50 pcs
REF WP5034A	natural, 50 pcs

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or the patient is established.

Einsatzort
Nicht ausgehärtetes Material kann mit Licht (Sonnenlicht oder Künstlichem Licht) polymerisiert werden und dann als Kunststoffabfall entsorgt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

fr

Plaque Photo®

Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays are required for treatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:
Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethane-1-one or by 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-Borman-2,3 dione, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silica, colorants (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue 15 CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optimatint).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Intended purpose of the product
Plaque Photo is a light-curing tray material in the form of prefabricated, baseplates to make rigid, custom impression trays and bite-blocks, as well as for other indications. Plaque Photo can be cured in all ultraviolet and Halogen light-curing units. The baseplates are supplied in a re-sealable light-proof box that can be used for transporting or storing models, etc.

Indications
- Custom impression tray
- Bite-block
- Baseplate for setting up dentures
- Key for supporting pin registration
- Bite wafer for try-in framework

Contraindications
The material contains methacrylates.
Do not use in patients with an allergy to methacrylates or other substances contained in the product.

Performance characteristics of the product
Plaque Photo polymerises with light to form a solid and compact polymer.

Specific precautions
Avoid any contact between the eyes and skin and the uncured material, i.e. also with the inhibited layer.
Always use a dust extractor when trimming the tray)

Preparation/Manufacture
- Mark the outline of the future tray on the model.
- Block out the undercuts on the model.
- To create a spacer for the impression material, block out the entire model (e.g. with a sheet of wax) and cut out stops.
- If the plaster is very dry, soak the model briefly in water or apply dye isolation or an alginate isolation.
- Remove the baseplate from the box and close it.
- Once the model has been blocked out, adapt the baseplate to it and cut to shape using, e.g. a scalpel.
- Use the remaining material to form a handle and attach it to the tray.
- Place the model and tray in a light-curing unit and cure with UV-A.
- Remove the tray from the model and polymerise the wax spacer from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum, use alcohol to remove the smear layer.

Times:

Working at daylight	20 minutes

Polymerisation in an ultraviolet or Halogen light-curing unit, depending on the unit in use: The top of the tray, on the model
3-5 minutes
The underside of the tray, off the model
3-5 minutes

Trimming:
- Trim the custom tray with tungsten carbide burs and smooth it with sandpaper.

Hygiene:
Immerse impressions taken with Plaque Photo customs trays in a disinfectant solution based on glutaraldehyde. The time depends on the disinfectant manufacturer's directions.

The finished medical product is used by the dentist, e.g. for individual trays with impression material.

Caution
The product has been developed for use in the dental sector and must be used according to the directions. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obliged under his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm²

Minimum shelf life
Do not use Plaque Photo after the expiry date.

Variants
Upper jaw template

REF WP5001	pink, 50 pcs
REF WP5016	blue, 50 pcs
REF WP5034	natural, 50 pcs
REF WP5040	transparent-mint, 50 pcs
REF WP5043	pink, thin, 50 pcs

Lower jaw template

REF WP5001A	pink, 50 pcs
REF WP5016A	blue, 50 pcs
REF WP5034A	natural, 50 pcs

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

Variantes
Modèle de mâchoire supérieure

REF WP5001	rose, 50 pcs
REF WP5016	bleu, 50 pcs
REF WP5034	nature, 50 pcs
REF WP5040	transparent-menthe,50 pcs
REF WP5043	rose, fin, 50 pcs

Modèle de mâchoire inférieure

REF WP5001A	rose, 50 pcs
REF WP5016A	bleu, 50 pcs
REF WP5034A	nature, 50 pcs

Élimination
Le matériau non durci peut être polymérisé à la lumière (lumière du soleil ou artificielle), puis éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

es

Plaque Photo®

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Toutes les personnes pour lesquelles des porte-empreintes individuels sont nécessaires pour le traitement.

Utilisateur prévu
Dentiste

Données qualitatives de composition:
Acrylate d'uréthane oligomère, résine d'ester vinylique, 2,2-Diméthoxy-1,2-diphényléthane-1-on ou par 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-triméthyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-Borman-2,3 dione, diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propane-1-one, 2-Ethylhexyl-4-(diméthylamino)benzoate, 2,2-diéthoxyacétophénone, soda-lime glass, amorphe silice, colorants (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue 15 CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), arômes (Optimatint).

Données quantitatives:
100 g contiennent 19 g d'acrylates/méthacrylates et 80 g de verre.

Utilisation conforme du produit
Plaque Photo est un matériau photopolymérisant pour porte-empreintes présenté sous forme de plaques de base préfabriquées destiné à la fabrication de porte-empreintes individuels résistant à la torsion, de modèles d'occlusions, ainsi qu'à d'autres fins. La polymérisation de Plaque Photo peut être effectuée dans tous les appareils à lumière UV ou halogène. Les plaques de base sont livrées dans une boîte réutilisable qui protège le matériau de la lumière et qui fait office d'emballage pour le transport ou le stockage des modèles, etc.

Indications
- Porte-empreintes individuels
- Modèles d'occlusions
- Base pour la mise en place des prothèses
- Code pour l'enregistrement de la porte support
- Occlusions de contrôle des essais d'armatures

Contre-indications
Le matériau contient des méthacrylates.
Ne pas utiliser ces produits s'il existe une allergie aux méthacrylates ou d'autres substances contenues dans le produit.

Caractéristiques du produit
Plaque Photo polymérise à la lumière pour former un polymère solide et compact.

Mesures de précaution spéciales
Éviter tout contact avec les yeux ou la peau lorsque le matériau n'a pas encore durci, c'est-à-dire avant la couche inhibée.
En raison de la formation de poussière lors du ponçage, utiliser un système d'aspiration!

Préparation/fabrication
- Dessiner les contours du futur porte-empreinte sur le modèle.
- Faire adhérer les parties inférieures sur le modèle.
- Fixer l'ensemble du modèle (par ex. avec la cire à plusieurs couches) pour empêcher que le matériau pour empreintes, et décourer les bords.
- Si le plâtre est très sec, arroser légèrement le modèle ou utiliser soit l'isolant pour modèle soit un isolant à base d'alginate.
- Retirer la plaque de base de la boîte et refermer cette dernière.
- Adapter la plaque de base au modèle de plâtre fixé et découper à la forme souhaitée, par ex. à l'aide d'un scalpel.
- Former une poignée à partir des restes de la plaque de base et la mettre en place sur le porte-empreintes.
- Disposer le porte-empreinte et son modèle dans un appareil à lumière et polymériser sans vide d'air.
- Retirer le porte-empreinte du modèle et polymériser une nouvelle fois sur la face inférieure.
- En ce qui concerne la polymérisation sans vide d'air, utiliser de l'alcool pour retirer la couche de lubrification.

Temps de travail:
Travail à la lumière du jour 20 minutes

Polymérisation dans les appareils à lumière UV ou halogène, en fonction de l'appareil:
Face supérieure avec modèle 3 à 5 minutes
Face inférieure sans modèle 3 à 5 minutes

Finition:
- Réaliser la finition du porte-empreinte individuel à l'aide d'une fraiseuse à métaux durs et poir avec du papier émeri.

Hygiène:
Immerger les empreintes ainsi que les porte-empreintes individuels Plaque Photo dans une solution désinfectante à base de glutaraldéhyde. La durée d'immersion varie selon les indications données par le fabricant.

Le produit médical fini est utilisé par le dentiste, par ex. pour des porte-empreintes individuels avec un matériau d'empreinte.

Attention
Le produit a été développé pour un usage dans le domaine dentaire et doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation autre que celle prescrite. Par ailleurs, l'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et la possibilité d'utilisation du matériau de sa propre initiative avant son utilisation, dans la mesure où celles-ci ne seraient pas mentionnées dans la notice d'utilisation.

Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit et de ses métabolites avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Caractéristiques techniques
Résistance à la flexion min. 130 N/mm²

Durée de conservation
Ne pas utiliser Plaque Photo après la date d'expiration.

Variantes
Modèle de mâchoire supérieure

REF WP5001	rose, 50 pcs
REF WP5016	bleu, 50 pcs
REF WP5034	naturel, 50 unidades
REF WP5040	menta transparente, 50 pcs
REF WP5043	rose, fin, 50 pcs

Plantilla para maxilar inferior

REF WP5001A	rosa, 50 unidades
REF WP5016A	azul, 50 unidades
REF WP5034A	natural, 50 unidades

Eliminación
El material no curado puede polimerizarse con la luz (luz solar o artificial) y, a continuación, eliminarse como residuo de plástico.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

it

Plaque Photo®

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Chiunque abbia bisogno di portaimpronte individuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione Informazioni qualitative:
Oligomero di acrilato di uretano, resina vinilestere, 2,2 dimetossi-1,2-difeniletan-1-one o mediante 2,2 dimetossi-2-fenilacetofenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-heptano di-Borman-2,3 dione, ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinico, 2-Idrossi-2-metil-1-fenil-propan-1-one, 2-Etilesil-4-(dimetilammino)benzoato, 2,2 Dietossiacetofenone, vetro sodocalcico, silice amorfa, coloranti (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C rosso 30 = CI 73360 / pigmento azzul CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromi (Optimatint).

Informazioni quantitative:
In 100 g contengono 19 gl di acrilati/metacrilati e 80 g di vetro.

Destinazione d'uso del prodotto
Plaque Photo è un materiale para cubetas fotopolimerizable presentado en forma de placas base precortadas para la confección de cubetas de impresión individuales y resistentes a la torsión, plantillas de mordida y otras indicaciones. Plaque Photo puede polimerizarse en todos los aparatos de luz UV o halógena. Las placas base se entregan en un recipiente reutilizable, protegido contra la luz, que puede utilizarse como contenedor de transporte o para almacenar modelos, etc.

Indicazioni
- Cubetas individuales
- Piantilla de mordida
- Bases para el montaje de prótesis
- Llaves para el registro de arco gótico
- Mordidas de control para pruebas de estructuras

Controindicazioni
El material contiene metacrilatos.
No emplear en pacientes con alergia a los metacrilatos u otras sustancias del producto.

Caratteristiche del prodotto
Plaque Photo si polimerizza con la luce per creare un polimerizzato solido e compatto.

Precauzioni speciali
Evitare qualsiasi contatto del materiale non indurito con occhi e pelle, evitare il contatto anche con lo strato inibito.
Durante la rifinitura, usare un impianto di aspirazione per eliminare lo sviluppo di polveri!

Preparazione/produzione
- Segnare sul modello il contorno del futuro portaimpronte.
- Parallelizzare le zone in sottosquadro sul modello. Bloccare tutto il modello, usando ad es. dei fogli di cera come spaziatore per il materiale da impronta, e tagliare via le zone non più utili.
- Se il gittata gesso particolarmente asciutto, bagnare brevemente il modello o applicare isolante per modelli o isolante per alginato.
- Rimuovere la placca preformata dalla confezione e richiudere quest'ultima.
- Adattare la placca sul modello già bloccato e tagliare, ad es. con un bisturi, nella forma desiderata.
- Con il materiale in eccesso della placca modellare un'impugnatura e applicarla al portaimpronte.
- Introdurre il portaimpronte adattato sul modello nell'apparecchio fotopolimerizzante e polimerizzare senza vuoto.
- Rimuovere il portaimpronte dal modello e polimerizzare la cera anche dalla parte inferiore.
- In caso di polimerizzazione senza vuoto, usare alcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Tempi:
Lavorazione con luce diurna 20 minuti

Polimerizzazione in apparecchio a luce UV o alogena, a seconda del tipo di apparecchio: parte superiore del portaimpronte con modello
3-5 minuti
parte inferiore del portaimpronte senza modello
3-5 minuti

Finitura:
- Rifinire il portaimpronte individuale con frese al carburo di tungsteno e levigare con carta abrasiva.

Igiene:
Immergere le impronte eseguite con il portaimpronte individuale Plaque Photo in una soluzione disinfettante a base di aldeide glutarica. La durata varia in base alle indicazioni del produttore.

Il prodotto medico finito viene utilizzato dal dentista, ad es. per portaimpronte individuali con materiale per impronta.

Attenzione
Il prodotto è stato concepito per l'utilizzo nel settore odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Per danni derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a controllare in autonomia che il materiale sia idoneo e utilizzabile in conformità con gli scopi previsti prima dell'uso, soprattutto se questi non sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm²

Durata minima
Non usare Plaque Photo oltre la data di scadenza.

Varianti
Modello della mascella superiore

REF WP5001	rosa, 50 pezzi
REF WP5016	blu, 50 pezzi
REF WP5034	naturale, 50 pezzi
REF WP5040	menta trasparente, 50 pezzi
REF WP5043	rosa, sottile, 50 pezzi

Modello della mascella inferiore

REF WP5001A	rosa, 50 pezzi
REF WP5016A	blu, 50 pezzi
REF WP5034A	naturale, 50 pezzi

Smaltimento
Il materiale non indurito può essere polimerizzato con la luce (luce solare o luce artificiale) e poi smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

nl

Plaque Photo®

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandeling individuele afdruklepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars, 2,2-dimethoxy-1,2-difenyletaan-1-on of door 2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptaan di-Borman-2,3-dion, oxido di difenil(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxide, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-propaan-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoaat, 2,2 Diethoxyacetofenone, vetro sodocalcico, silice amorfa, coloranten (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromastoffen (Optimatint).

Kwantitative gegevens:
100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 g glas.

Doel van het product
Plaque Photo is een lichtgevard lepelmaterial in de vorm van voorgevormde basisplaten voor het maken van verzerkbestendige individuele afdruklepels, beetsjablonen en andere indikationen. Plaque Photo kan in alle apparatuur met uv- en halenlampen worden uitgeherd. De basisplaten worden geleverd in een herbruikbare lichtdichte verpakking, die te gebruiken is als container voor het transport of voor het opslaan van modellen etc.

Indicaties
- Individuele afdruklepels
- Beetsjablonen
- Basis voor montagemontage
- Sleutel voor beetbepaling met steunpen
- Controlebeet voor passen van frames

Contra-indicaties
Het materiaal bevat methacrylaat.
Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor methacrylaat of andere in het product verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
Plaque Photo polymeriseert met licht tot een vast en compact polymeerstaal.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk oog- en huidcontact met het niet-uitgeharde material, dus ook met de geïnhibeerde laag.
Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwege de stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren
- Teken de contouren van de toekomstige lepel af op het model.
- Dek het onderliggend gedeelte op het model af.
- Dek het hele model (bijv. met een laag was) af en snijd stops af.
- Als het gipsmodel erg droog is, dompel het model kort in water of gebruik een modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeer droog gips.
- Neem de basisplaat uit de verpakking en sluit de verpakking.
- Pas de basisplaat aan op het afgedekte gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpel in de gewenste vorm.
- Vorm met de resten van de basisplaat een handgreep en plaats deze tegen de afdruklepel.
- Doe de afdruklepel met het model in een lichtapparaat en laat het zonder vacuüm uitharden.
- Neem de afdruklepel van het model en laat het vanaf de onderkant nogmaals polymeriseren.
- Gebruik bij een polymerisatie zonder vacuüm alcohol voor het verwijderen van de vervuilde laag.

Tijden:
Verwerken bij dagslicht 20 minuten

Polymeriseren in apparaat met uv- of halogeenlampen, afhankelijk van het apparaat:
bovenkant met model
3-5 minuten
onderkant zonder model
3-5 minuten

Uitwerken:
- Werk de individuele lepel met een hardmetaalfrees en met maak glad met schuurpapier.

Hygiëne:
Laag aftrkk met individuele Plaque Photo skeer in een desinfiksieoplossing baseert pâ glutaraldehyde. Afhankelijk van de aanwijzingen van de fabrikant.

Het voltooide medische hulpmiddel wordt door de tandarts gebruikt, bijv. voor individuele afdruklepels met afdrukmateriaal.

Voorzichtig
Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde en moet conform de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor schade die het gevolg is van enig ander gebruik aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Daarnaast is de gebruiker verplicht om het materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor gebruik te controleren op geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor de beoogde doeleinden, met name als deze niet in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product en zijn metabolieten met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm²

Minimale houdbaarheid
Gebruik Plaque Photo niet na de vervaldatum.

Varianten
Bovenkaaksjabloon

REF WP5001	roze, 50 stuks
REF WP5016	blauw, 50 stuks
REF WP5034	naturel, 50 stuks
REF WP5040	transparant-munt, 50 stuks
REF WP5043	roze, dun, 50 stuks

Onderkaaksjabloon

REF WP5001A	roze, 50 stuks
REF WP5016A	blauw, 50 stuks
REF WP5034A	naturel, 50 stuks

Afvoeren
Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlicht of kunstlicht) worden gepolymeriseerd en vervolgens worden afgevoerd als plastikafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

da

Plaque Photo®

Brugsanvisning

Patientmålgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle aftrykskeer i forbindelse med en behandling.

Tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning Kvalitative Angivelser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on eller ved omtaring 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptan di-borman-2,3-dion, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalkglas, amorf silica, farvestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smagsstoffer (optimatint).

Kvantitative oplysninger:
100 g indeholder 19 g akrylater/methakrylater og 80 g glas.

Anvendelsens tilsigtede brug
Plaque Photo er et lysherdende brettmateriale i form av prefabrikerte bunnplater for produksjon av vridningsstive, individuelle aftrykksbrett, maler for bitteskinner og ytterligere indikasjoner. Plaque Photo kan herdes i alt UV- og halogenlysherdeapparater. Basisplatene leveres i en lysbestykkebare opbevaringsboks, som er gennemskinnelig og også kan bruges til transport eller opbevaring af modeller osv.

Indikationer
- Individuelle brett
- Bideskabloner
- Basis for protesseoppstillinger
- Nøgle til støttestiftregistrering
- Kontrollbit til prøvetagging af konstruktioner

Kontraindikationer
Materialet indeholder methacrylater.
Må ikke anvendes på patienter, der er allergiske overfor methacrylater eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaber
Plaque Photo polymeriserer med lys for at danne en solid og kompakt polymer.

Særlige forholdsregler
Undgå al øjen- og hudkontakt med det uherdede materiale, inklusive det inhiberede lag.
Brug en sugeindretning på grund af støvdannelse under slibning!

Forberedelse/fremstilling
- Marker konturerne af den fremtidige skæ på modellen.
- Blokér af områder på modellen, der går ind under sig.
- Som en pladsholder for aftrykningsmaterialet blokerer du hele modellen (f.eks. med pladevoks) og skærer stops ud.
- Ved meget tørt gips, skal du bløgøre modellen med kort vand, eller bruge en modelisolering eller alginat-isolering.
- Tag basispladen ud af boksen, og luk boksen igen.
- Tilpas basispladen til den blokerede gipsmodellen og skjær f.eks. i ønsket form med en skalpel.
- Form et håndtak fra restene av bottenplatten och fäst det på brickan.
- Placera bricka med modellen i en lätt onanning och häd utan vakuum.
- Ta bort bricken från modellen och polymerisera även från botten.
- Använd alkohol för att ta bort smetlagret när du polymeriserar utan vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysenheder afhængigt af enheden:
Overside med model
3-5 minutter
Underside uden model
3-5 minutter

Udarbejdelse:
- Den enkelte ske afslutes med hårdmetalfræsning, og glattes med sandpapir.

Hygiejne:
Læg aftryk med individuelle Plaque Photo skeer i en desinfektionsopløsning baseret på glutaraldehyd. Følg producentens anvisninger.

Det færdige medicinske produkt bruges af tandlæger, f.eks. til individuelle skeer med aftrykmaterialer.

Forsigtig
Produktet er udviklet til brug inden for dentalområdet og skal bruges i overensstemmelse med brugsanvisning. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes anden brug. Desuden er brugeren forpligtet til på eget initiativ at kontrollere materialets egnethed og mulig anvendelse til det tilsigtede formål, før det bruges, især hvis dette ikke fremgår af brugsanvisningen.

Bivirkninger
Ukendte bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet og dets metabolitter med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Tekniske data
Bøjestyrke min. 130 N/mm²

Minste holdbarhet
Plaque Photo må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
Overkjevemal

REF WP5001	rosa, 50 stykker
REF WP5016	blå, 50 stykker
REF WP5034	natur, 50 stykker
REF WP5040	transparent-mynte, 50 stykker
REF WP5043	rosa, tynn, 50 stykker

Underkjevemal

REF WP5001A	rosa, 50 stykker
REF WP5016A	blå, 50 stykker
REF WP5034A	natur, 50 stykker

Bortskaffelse
Uherdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstig lys) og derefter bortskaffes som plastikaffald.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

no

Plaque Photo®

Instruksjoner for bruk

Pasientmålgruppe
Alle personer som trenger individuelle brett for behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimetoksy-1,2-difenyletan-1-on eller runt 2,2 dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+)-2,3-dioksa-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, di-boman-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fosfinoksid, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalkglass, amorf silika, fargestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smaksstoffer (optimatint).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glass.

Tiltenkt bruk av produkten
Plaque Photo er et lysherdende brettmateriale i form av prefabrikerte bunnplater for produksjon av vridningsstive, individuelle aftrykksbrett, maler for bitteskinner og ytterligere indikasjoner. Plaque Photo kan herdes i alt UV- og halogenlysherdeapparater. Basisplatene leveres i en gjenbrukbar lysbeskyttelsesboks som kan brukes som beholder for transport eller oppbevaring av modeller osv.

Indikasjoner
- Individuelle brett
- Bidekkabloner
- Grunnlag for protesseoppstilt
- Nøkkel for stiftregistrering
- Kontrollbit for protesseprøver

Kontraindikasjoner
Materialet inneholder metakrylat.
Må ikke anvendes på pasienter med en allergisk overfor metakrylater eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaper
Plaque Photo polymeriserer med lys for å danne en solid og kompakt polymer.

Spesielle forholdsregler
Unngå at øyen- og hudkontakt med det uherdede materialet, inkludert det inhiberte laget.
Bruk sug på grunn av støvet som oppstår under slipingen!

Forberedelse/tilvirkning
- Merkere konturene for den fremtidige brikken på modellen.
- Blokker underskjæringsområder på modellen.
- Blokker hele modellen (f.eks. med arkvoks) og klipp ut stoppene for plasstholder for avtrykksmaterialet.
- Hvis gipsen er veldig tørr, fukt modellen lett eller bruk en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta plasstenplatten fra boksen och stäng burken igen.
- Anpassa bottenplattan till den blockerade gipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Forme ett grepp från resterna av bottenplatten och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en lätt onanning och häd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera även från botten.
- Använd alkohol för att ta bort smetlagret när du polymeriserar utan vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysapparater, avhengig av enhet:
Overside med modell
3-5 minutter
Underside uten modell
3-5 minutter

Utarbeidelse:
- Utarbeid den individuelle brikken med hårdmetallbarorer och jämna ut den med sandpapper.

Hygien:
Placera avtrornningar i en desinficeringslösning baserad på glutaraldehyd med enskilda Plaque Photo brickor. Varaktigheten beror på respektive tillverkares information.

Den färdiga medicinska produkten används av tandläkaren, t.ex. för enskilda brickor med avtryckskaterial.

Var försiktig
Produkten har utvecklats för användning inom tandvården och måste användas i enlighet med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av annan användning. Dessutom är användaren ansvarig för att kontrollera materialet innan det används för lämplighet och möjlig användning för avsedda ändamål, särskilt om dessa inte listas i bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten och dess metabolter med andra medicinskaffe, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Tekniska data
Böjhållfasthet min 130 N/mm²

Minsta hållbarhetstid
Använd inte Plaque Photo etter utgångsdatum.

Varianter
Mall för överkäke

REF WP5001	rosa, 50 styck
REF WP5016	blå, 50 styck
REF WP5034	natur, 50 styck
REF WP5040	genomskinlig mynta, 50 styck
REF WP5043	rosa, tunn, 50 styck

Mall för underkäke

REF WP5001A	rosa, 50 styck
REF WP5016A	blå, 50 styck
REF WP5034A	natur, 50 styck

Avfallshantering
Ohärdat material kan polymeriseras med ljus (sollys eller artificiellt ljus) och sedan kasseras som plastavfall

Plaque Photo®

Kasutusjuhend

Patsiendile sihtrühm
Kõik sõltuvad kelle ravimiseks on vaja eraldi kürette.

ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Koostis Kvalitatiivsed andmed:
Oligomeerne uretaansõlmest vinüülestervalk, 2,2-dimetüüloksü-1,2-difenüületaan-1-on või 2,2-dimetoksü-2-fenüülatetrafenon, (+/-)-2,3-dioksü-1,7,7-trimetüül-bitsiklo-[2,2,1]-heptaan di-bornan-2,3-dioon, difenüül(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfiinoksiid, 2-hüdroksü-2-metüül-1-fenüül-propaan-1-on, 2-etüülheksüül-4-(dimetüülamino)bensoaat, 2-dietoksüatsetofenoon, tubi-naatriumsilikaat, ümmarbe tõnalbe, värvained (pigment punane CI 12485 / pigment sinine 29 = CI 77007 / D&C punane 30 = CI 73360 / pigment sinine CI 74160 / pigment valmine 19 = CI. 73900), lõhnaja maitseained (Optimarit).

Kvalitatiivsed andmed:
100 g sisaldub 19 g akrülaate/metakrülaate ja 80 g klaasi.

Toote sihtotstarve
Plaque Photo on valguskõvanev luuksmaterjal peinevalt vähmi pandud baasisplaatide kujul, mis on ette nähtud vähdeeldkahete eraldi täiendluskate ja hambumusvalide valmistamiseks ning muude nõudustete jaoks. Plaque Photo sobib kasutamiseks mis tahes UV- ja halogeenahjudes. Baasisplaadi tantalase mitmekordse tasutatavus valgus eest kaitsvas karbis, mida saab kasutada mudelite jne transpordi- või laotusmahutina.

Näidustused
- Eraldi kiirefid
- Hambumuse šabloonid
- Proteesi baasis
- Tugifihvi registreerimise võti
- Kontrollhammustused karkassi proovimiseks

Vastunäidustused
Materjal sisaldab metakrülaate. Metakrülaatide või muude toote sisaldavate materjalide vastu allergilise patsientide mitte kasutada.

Toote jõudlustunnused
Plaque Photo polümeriseerub valguse toimel tugevaks ja kompaktseks polümeersaadiks.

Erilised ettevaatusabinõud
Vältige mudeli ja ravimise ajal toote kokkupuudet kõvastumata materjali, st ka pärsiva kihiga. Tolmu tekkimise tõttu kasutage lihvimisel imuritti

Ettevaatusi/valmistamine
- Asorbitsiga töötavad kõrvaldiuska konturudi mudelile.
- Blokeerige kattuvad kohad mudelil. Jõljendmassi kohahoidjana tuleb blokeerida kogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake ülejääk välja.
- Väga kuiva kipsi puhul tuleb mudelit veid vesega niisutada või mudel peab olema isoleerimiskihtiga mudelit või alginaadiga isoleerimiskihtiga.
- Valvitte baasisplaadi kattelt võlja ja sulgege karp usetsi.
- Kahandage baasisplaat blokeeritud kipsimudelaga ja lõigake nt skalpelli abil soovitud kujule.
- Baasisplaadi jõõkiest valmistage sang ja kinnitage luuska peale.
- Sõestage luuska kaus mudeliga valgusköstavasse ahju ja kõvastage ilma vaakumita.
- Eemaldage luuskas mudelilt ja polümeriseerige veelkord alt.
- Vaakumita polümeriseerimise korral kasutage eemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Ajad:
Töötlemine põevavalgutes 20 minutit

Polümeriseerimine UV- või halogeenahjudes olenevalt ajast:
Ilemine külg kuus mudeliga 3–5 minutit
alumine külg ilma mudeliga 3–5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset luuskit kõvamatelt treesiga ja lihvige lihvapaberiga.

Hügieen:
asetage jõjendid koos individuaalsete Plaque Photo šabloonidega desinfitseerimislahustusse, mis on valmistatud glutaaraldehüdist. Kestus olenelu vastavatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitootedt kasutab hambaarst, nt individuaalsete luuskate juaks koos jõjendimaterjaliga.

Ettevaatusi
100 g tilsisõlmus saturā ir 19 g acetāta/metakrilāta un 80 g stikla.

Toote sihtotstarve
Plaque Photo ir gaismā sacietināms kompozītmaterials, kas paredzēts dažādu zobārstniecības protezēšanas darbu veikšanai, kā arī zobu modeļu un zobu aizstājēju izgatavošanai. Bāzes plāksnes tiek piegādātas vairākkārt izmantojamā gaismnecaurredīgā iepakojumā, kā arī kompozīta kā transportēšanas konteineru vai modeļu glabāšanai u. c.

Indikācijas
- Individuālās nospieduma kontes
- Sakodiena šabloni
- Protēžu izgatavošanas bāze
- Līdzekļu attiecību reģistrēšanai
- Kontroles sakodienu karkasa pieņemšanai

Kontrindikācijas
Šis materiāls satur metakrilātu.
Nekļūstiet pacientiem ar alerģiju pret metakrilātu vai citām izstrādājuma sastāvā esošajām vielām.

Tehniskie dati
Lieces stiprība ne mazāka kā 130 N/mm²

Derīguma termiņš
Iekešlietot Plaque Photo pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti
Aizgūtsakabīgo šablonu
REF WP5001 sārts, 50 gab.
REF WP5016 zils, 50 gab.
REF WP5034 bēšs, 50 gab.
REF WP5040 caurspīdīgi zaļš, 50 gab.
REF WP5043 sārts, pīlēns, 50 gab.

Aizgūtsakabīgo šablonu
REF WP5001A sārts, 50 gab.
REF WP5016A zils, 50 gab.
REF WP5034A bēšs, 50 gab.

Glabāšana
Nesacietējušu materiālu var polimerizēt ar gaismu (saules gaismu vai mākslīgo gaismu) un tad ievietot kā plastmasas atteitumus.

Par vielem nopietnem atgadījumiem saistībā ar šo izstrādājumu ir jāinformē rezidītja un lietotāja un/vai pacienta rezidences dalībvalsts atbildīgā iestāde.

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Piemērots visiem pacientiem, kuru ārstēšanai nepieciešamas individuālas nospieduma kontes.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāva kvalitātes dati:
Oligomēriss uretānsaistes vinilesterplasts, 2,2-dimetūloksi-1,2-difenilētān-1-ons vai 2,2-dimetoksi-2-fenilacetofenons, (+/-)-2,3-dioksi-1,7,7-trimetil-bicikl-[2,2,1]-heptāns di-Borna-2,3-dions, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfīnoksīds, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-ons, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2,2-dietoksiacetofenons, nātrija kalcija silikāts, amorfās silīcija dioksīda lodītes, krāsvielas (pigmenti 146 = CI 12485 / mēnuļa pigments 29 = CI 77007 / D&C sarkanais 30 = CI 73360 / zilais pigments CI 74160 / violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizētāji (Optamint).

Kvalitātes dati:
100 g šķīdākļuma saturā ir 19 g acetāta/metakrilāta un 80 g stikla.

Paredzētais lietotājdžima izmantošanas veids
Plaque Photo ir gaismā sacietināms kompozītmaterials, kas paredzēts dažādu zobārstniecības protezēšanas darbu veikšanai, kā arī, lai izveidotu cietas individuālās nospieduma kontes, sakodiena šablonus, kā arī protēžu bāzes plāksnes ir esmt kitoms indikācijoms. Plaque Photo ir piemērots visiem UV- un halogēnlampu ķīvietam. Bāzes plāksnes tiek piegādātas vairākkārt izmantojamā gaismnecaurredīgā iepakojumā, kā arī cilu indikāciju gadījumā. Plaque Photo var sacietināt arī ar saules vielu. UV un halogēnlampu gaismu. Bāzes plāksnes tiek piegādātas vairākkārt izmantojamā gaismnecaurredīgā iepakojumā, kā arī cilu indikāciju gadījumā. Plaque Photo var sacietināt arī ar saules vielu. UV un halogēnlampu ķīvietam